



Krosno, dn. 01.06.2012r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,
tel. / fax 013-4378497 lub 215
email: sezam.szpital@krosno.med.pl
www.krosno.med.pl

Do wszystkich uczestników postępowania
TABLICA OGŁOSZEŃ
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu/wykluczeniu wykonawcy/odrzuconiu oferty

o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą spirometrów II nr postępowania EZ/215/53/2012.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.06.2010 Nr 113, poz. 759) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę:

MES Sp. z o.o. ul. Zawila 56, 30-390 Kraków

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ tj. ceny (100 %)

2. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium i łączna punktacja , przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Punktacja w kryterium: Cena 100%	Łączna punktacja
1	MES Sp. z o.o. ul. Zawila 56, 30-390 Kraków	36 000,00 zł	100%	100 pkt.
2	E-mocja Sp. z o.o. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa	56 158,79 zł	64,10%	64,10 pkt.
3	ERES MEDICAL Sp. z o.o. Płuszwice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice	32 325,48	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona

3. Żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Odrzuceniu podlegają następujące oferty Wykonawców:

ERES MEDICAL Sp. z o.o. podlega odrzuceniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W piśmie z dnia 22.05.2012 – zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców – Zamawiający dopuścił oferowane przez Wykonawcę parametry spirometrów z uwagą, iż **należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu przedmiotu zamówienia**”. Wykonawca nie zmodyfikował formularza przedmiotu zamówienia –

brak szczegółowych informacji o: gwarancji i serwisie, materiałach eksploatacyjnych oraz metodach dezynfekcji i sterylizacji turbin wielorazowych.

5. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 134378215 /227 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem

PO D Y R E K T O R
Wejewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krosnie
mgr Magdalena Tymcio