

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497, 13-43-78-227  
NIP 684-21-20-222, REGON 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/66/2012

Krosno, dn. 2012...07...18..

*Do wszystkich uczestników postępowania*

[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych II - EZ/215/66/2012.**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**I.**

**Projekt umowy - § 5**

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych na następujące?
1. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
  2. w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
  3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości nie wykonanej części umowy

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**II.**

**Pakiet nr V, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika równoważnego do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, myjących i pielęgnujących do rąk, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadający wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką, przeznaczonego do stosowania z opakowaniami o pojemności 500ml i 1l i posiadającego trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie? Element pompki jest łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach dezynfektorach. Jednoelementowa obudowa wykonana z tworzywa ABS, nie posiadająca elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest

widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu, sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgody.**

Zamawiający zawiadamia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 2012 07 20

Nowy termin otwarcia ofert: 2012 07 20

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Podchorążackiego  
Im. Jana Pawła II w Krośnie  
dr inż. Piotr Jędrlik

DZIAŁ ZAMOWIENI  
PUBLICZNYCH I ZACPATRZENIA

*Pelczar*  
mgr inż. Katarzyna Pelczar  
starszy referent

.....  
SEKRETARZ KOMISJI PRZETARGOWEJ