

Krosno, dnia 13.04.2016 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
36-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAPATRZENIA  
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na zakup i dostawę szwów chirurgicznych - Nr postępowania EZ/215/36/2016  
część 2**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.13 również na igłę o długości 12mm, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.13 również na igłę kosmetyczną o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3. Pakiet 1 poz. 6. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podanie długości igły.

**Odpowiedź: 6,5 mm, szpatulka.**

Pytanie 4. Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65%, a po 8-11 dniach ok. 50%, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5. Pakiet 5 poz. 3 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6. Dotyczy pakietu p.4 ginekologia Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego syntetycznego, plecionego o okresie wchłaniania 42 dni podtrzymywania tkankowego 50% 5 dni 0% 10 -14 dni

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7. Dotyczy pakietu P.5 Ginekologia poz 1 . Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły ½ koła USP 2/ 0 30 mm z zakończeniem krótkim tnącym typu CC

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8. Dotyczy pakietu P.5 Ginekologia poz 3. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły ½ koła 37 mm z zakończeniem krótkim tnącym typu CC na nitce 70 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 9. Dotyczy pakietu P.5 Ginekologia poz 5 oraz 6 . Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły ½ koła 26 mm z zakończeniem krótkim tnącym typu CC na nitce 70 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 10. Dotyczy pakietu P.5 Ginekologia poz 7. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły ½ koła 48 mm niewzmocnionej

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11. Dotyczy pakietu 9. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły pojedynczej ½ koła 43 mm z zakończeniem trok arowym USP 1 długość nici 90 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Piotr Czerwiński

*Pluch*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH ZADOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha  
st. specjalista

*Joanna Mendocha*