

Krosno, dnia 8 stycznia 2015 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU

na zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów-jednorazowego użytku
Nr postępowania EZ/215/149/2014

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o zastrzeżenie, że w przypadku wezwania wykonawcy do przedstawienia próbki, próbka ta będzie służyć wyłącznie okazaniu produktu i będzie zwrócony wykonawcy po podpisaniu umowy, bez względu na to, czy Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy jako najkorzystniejszą, czy też nie. Prośbę motywujemy tym, że przedmiotem przetargu w pakiecie nr 4 są narzędzia wielorazowego użytku o dużej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązuje się do zwrotu nadesłanych w toku oceny ofert próbek z pakietu nr 4.

Pytanie 2. Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści rozwórkę o długości całkowitej 70mm, wykonanej z tytanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjną z pojedynczym haczykiem w rozmiarze 20Gx150mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. Pakiet 3. Czy Zamawiający oczekuje igły lokalizacyjnej z pojedynczym czy podwójnym haczykiem?

Odpowiedź: Z pojedynczym haczykiem.

Pytanie 5. Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne w rozmiarze 21Gx100mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6. Pakiet 6, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F10 o długości 22cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7. Pakiet 6, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F16 o długości 24cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F18 o długości 24cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Pakiet 6, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F20 o długości 37cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10. Pakiet 6, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F24 o długości 37cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11. Pakiet 6, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F24 o długości 37cm lub F28 o długości 37cm?

Odpowiedź: Tak, ale F28 nie zastępuje F24.

Pytanie 12. Pakiet 6, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F28 o długości 37cm?

Odpowiedź: Tak.


Pytanie 13. Pakiet 6, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F28 o długości 37cm lub F32 o długości 37cm?


Odpowiedź: Tak, ale F28 nie zastępuje F32.

Pytanie 14. Pakiet 6, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej F32 o długości 37cm?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem


mgr inż. Joanna Mendocha
SPECIALISTA


DZIAŁ ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH ZAOPATRZENIA
mgr inż. Joanna Mendocha
SPECIALISTA

