

Krosno, dnia 26 stycznia 2018 roku

**Zamawiający:**

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie  
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

**Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU**

**na zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych  
Nr postępowania EZ/215/6/2018**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśniam:

**Pytanie 1 - dotyczące pakietu nr 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego REM, uniwersalnych dla dzieci i dorosłych, hydrożelowych o pow. aktywnej 107cm<sup>2</sup>, rozmiar elektrody 164 x 117mm (niewielka różnica rozmiaru) i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej; NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany rodzaj elektrod.**

**Pytanie 2 - dotyczące pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści równoważną, wysokiej jakości i innowacyjną elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm<sup>2</sup>, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg.

Powyższa elektroda jest kompatybilna z generatorami elektrochirurgicznymi produkcji m.in. ERBE, EMED i Valleylab oraz może pracować z każdą mocą prądu generowana przez diatermię, jest również bezpieczna i zapewnia prawidłową pracę u każdego pacjenta o wadze powyżej 5 kg. Nieznacznie mniejsza powierzchnia od wymaganej może tylko dodatnio wpłynąć na standard użytkowania a dopuszczenie zdecydowanie zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany rodzaj elektrod.**

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i nie modyfikuje jej treści.

Z poważaniem  
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Katarzyna Krygowska