

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 0000014669

EZ/214/22/2018

Krosno, dn.13.02.2018r.

*Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl*

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę wirówki laboratoryjnej.

1. Czy Zamawiający godzi się na zmianę zapisu w warunkach gwarancji – czasu przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii z 24 godzin do 48 wyłączając dni ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedź: Tak, zgodzi się.

2. Prośba o doprecyzowanie wymiarów probówek z jakimi Zamawiający będzie pracował. Zapis „Wirówka MPW 352 z wimikiem horyzontalnym, 4 gilzy po 7 probówki wentylowane z programowaniem” jest zbyt ogólny.

Odpowiedź: Wymiary probówek
średnica 13 mm objętość 1,5-3 ml
średnica 13 mm objętość 5 ml
średnica 16 mm objętość 9-10 ml

Z poważaniem:

**p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie**
mgr Katarzyna Krygowska