

Krosno, dnia 20 luty 2018 roku

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

**Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca
nr postępowania EZ/215/15/2018**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśniam:

**Pytanie 1 - dotyczy pkt. 28 parametrów wymaganych dla stymulatora resynchronizującego
DDDR BiV z kompletem elektrod:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRT-P bez ramowo określonego czasu refrakcji komorowej, oferowane urządzenie automatycznie dopasowuje czułość komorową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 - dotyczy pkt. 41 parametrów wymaganych dla stymulatora resynchronizującego
DDDR BiV z kompletem elektrod:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRT-P z długością zapisu EGM równą 16,6 min (966 sek)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
dś. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska

Opis 9