

Krosno, dnia 26 lutego 2018 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU**

na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Nr postępowania EZ/215/10/2018

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

Dotyczy Pakietu nr 3 – zakup wraz z dostawą 1 szt. wózka na bieliznę czystą dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

Dotyczy Pakietu nr 4 – zakup wraz z dostawą 1 szt. wózka na bieliznę brudną dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do czystej i brudnej bielizny o następujących parametrach: szafka z drzwiczkami, 2xpółka; 1xstelaż do worków na odpady

WYKONANIE:

- szafka zbudowana z: stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej ; blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia

- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy

- obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie

Wymiary wózka: 1050x580x1080 mm

Wymiary szafki: 550x530x690 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek do czystej i brudnej bielizny o następujących parametrach- pojemność worka 100l, 3x półki koszowe

WYKONANIE:


- stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

- podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła

w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
- pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem
- podstawa i pokrywa dostępna w kolorze białym
- półka koszowa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary całkowite: 880x405x860 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry wózków.

Z poważaniem


**p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie**
mgr Katarzyna Krygowska