

Wykonawca powinien posiadać system umożliwiający integrację i wymianę danych z systemem firmy Pixel AlleRad w modułach EXPACS oraz Chazon (RIS) w zakresie:

- a) komunikaty wychodzące ze szpitalnego systemu RIS Chazon EXPACS do systemu zewnętrznego zawierać będą imię i nazwisko pacjenta, pesel ACC numer ( wraz z numerami badań poprzednich danego pacjenta), procedurę, stopień krytyczności (pilne, planowe), istotne uwagi, rozpoznanie (powód badania z ICD9), datę urodzenia, dane placówki/oddziału, która kieruje, dane lekarza zlecającego badanie.
- b) komunikaty przyjmowane przez szpitalny System AlleRad w modułach EXPACS i Chazon (RIS) a wychodzące z Systemu zewnętrznego zawierać będą: obraz DICOM, opis badania, komentarze techniczne dla techników lub lekarza nie widoczne na opisie badania, imię nazwisko, numer prawa wykonywania zwodu i specjalizacja lekarza wykonującego opis.
- c) komunikaty przychodzące do Systemu AlleRad w modułach EXPACS Chazon (RIS) umożliwiają przyjęcie opisu wraz z podpisem elektronicznym.
- d) komunikaty wychodzące z systemu AlleRad w modułach EXPACS Chazon (RIS) umożliwiają: rejestrację nowego zlecenia, zmiana danych pacjenta, zmiana danych zlecenia, anulowanie zlecenia, dostęp do zleceń i opisów historycznych pacjenta.
- e) System AlleRad w modułach EXPACS Chazon (RIS) działający w Szpitalu przyjmować i archiwizować będzie także opisy wysyłane z Systemu zewnętrznego wraz z podpisem elektronicznym lekarza tak aby wynik można było wydawać pacjentowi ( zastosowana technologia i metoda umieszczania podpisu elektronicznego zostanie uzgodniona po zawarciu umowy)
- f) Wszelkie wymienione komunikaty będą zgodne z standardem HL7 i DICOM. Nazwy procedur nadawane będą z systemu RIS, nie przewiduje się tzw. „mapowania” procedur pomiędzy integrowanymi systemami. Zamawiający wymaga szyfrowania danych wysyłanych i odbieranych z Systemu zewnętrznego.