

Do wszystkich uczestników postępowania  
([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na zakup wraz z dostawą sprzętu szwów chirurgicznych  
Nr postępowania EZ/215/37/2018

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapытаń wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.3 również na igłę o długości 12mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Tak – 12mm, nie 75cm
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.3 również na igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Nie.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.6 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Nie.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.6 również na nić o grubości 3-0, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Nie.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.8 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Tak.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.8 również na igłę o długości 26mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Tak.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.10 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Nie.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.1 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Tak.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.7, 13 i 14 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź:** Tak.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.7 i 17 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.9 również na igłę odwrotnie tnącą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna” z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak z odpowiednim przeliczeniem długości zgodnie z siwz.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.11 również na igłę o długości 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.11 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.11 również na igłę o długości 26mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.12, 15 i 18 również na igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.12 również na igłę o długości 12mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak z odpowiednim przeliczeniem długości zgodnie z siwz.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.13 również na nić o grubości 3-0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.15 i 18 również na igłę odwrotnie tnącą o długości 12mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 18 poz.17 również na igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie.

20. Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie wchlania 90-120 dni i profilu podtrzymywania ok. 20-30% po 14 dniach?

**Odpowiedź:** Nie.

21. Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie nici syntetycznych, plecionych, wchlanialnych, wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekovego o okresie podtrzymywania tkankowego ok.40-50% po 21 dniach i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone poliglikolidem laktydu i sterylnianem wapnia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

22.Pakiet 4, pozycja 1-3,5 - Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie nici o dlużości 75cm?

Odpowiedź: **Tak.**

23.Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły okrągłej przy zachowaniu pozostatych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: **Nie.**

24.Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie nici syntetycznych, plecionych, wchłanialnych, wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekovego o okresie podtrzymywania tkankowego ok.40-50% po 21 dniach i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone poliglikolem laktyną i stearynianem wapnia?

Odpowiedź: **Zgodnie z siwz.**

25.Pakiet 5, pozycja 3, 4, 11, 14 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igiet okrągłych bez określenia „rozwartwiająca”?

Odpowiedź: **Nie.**

26.Pakiet 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 20mm lub 26mm?

Odpowiedź: **Nie.**

27.Pakiet 5, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 40mm?

Odpowiedź: **Nie.**

28.Pakiet 9, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 16mm?

Odpowiedź: **Tak.**

29.Pakiet 9, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 12mm z nitką o dlużości 45cm?

Odpowiedź: **Tak z przeliczeniem dlużości nitki na saszetki 45:75.**

30.Pakiet 9, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 24mm?

Odpowiedź: **Nie.**

31.Pakiet 9, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie nici o grubości 3/0?

Odpowiedź: **Nie.**

32.Pakiet 9, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły odwrotnie tnącej bez opisu „kosmetyczna”?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

33.Pakiet 9, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 26mm z nitką o dlużości 75cm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

34.Pakiet 9, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 24mm?

Odpowiedź: **Tak.**

35.Pakiet 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o dlużości 12mm?

Odpowiedź: **Nie.**

36.Pakiet 18, pozycja 7, pozycja 13, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o długości 24mm?

Odpowiedź: Nie.

37.Pakiet 18, pozycja 7, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie nici o długości 75cm?  
Odpowiedź: Tak.

38.Pakiet 18, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna” z nitką o długości 45cm?

Odpowiedź: Tak z **odpowiednim przeliczeniem długości nitki.**

39.Pakiet 18, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

Odpowiedź: Nie.

40.Pakiet 18, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

Odpowiedź: Tak.

41.Pakiet 18, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź: Tak.

42.Pakiet 18, pozycja 12, pozycja 15, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 16mm?

Odpowiedź: Nie.

43.Pakiet 18, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 45cm?

Odpowiedź: Tak.

44.Pakiet 18, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie nici o grubości 3/0?

Odpowiedź: Nie.

45.Pakiet 18, pozycja 15, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły odwrotnie tnącej o długości 12mm bez określenia „kosmetyczna”?

Odpowiedź: Tak.

46.Pakiet 18, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaofrowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: Nie.

47. Dotyczy pakietu 1 poz 2,3 oraz 14 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 50 mm wzmacnionej pozostale parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

48. Dotyczy pakietu 1 poz 9 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 27 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

49. Dotyczy pakietu 1 poz. 11 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 25 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź: Tak.

50. Dotyczy pakietu 4 poz. 1Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 27 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

51. Dotyczy pakietu 4 poz. 2 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 30 mm z zakonczeniem krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące typu CC) pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

52. Dotyczy pakietu 4 poz. 3 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 38 mm wzmacnionej zakończeniem krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące typu CC) na nitce 90 cm

**Odpowiedź:** Tak.

53. Dotyczy pakietu 4 poz. 1-5 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 75 cm pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź:** Tak.

54. Dotyczy pakietu 5 poz. 2 oraz pakiet 13 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 25 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź:** Tak.

55. Dotyczy pakietu 5 poz. 6 oraz 9 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 27 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź:** Tak.

56. Dotyczy pakietu 5 poz. 7 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 38 mm z zakonczeniem krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące typu CC) pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

57. Dotyczy pakietu 5 poz. 12, 14 oraz 18 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 38 mm wzmacnionej zakończeniem krótkim tnącym (trzy krawędzie tnące typu CC) na nitce 90 cm

**Odpowiedź:** Tak.

58. Dotyczy pakietu 5 poz. 15 oraz 17 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 50 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Tak.

59. Dotyczy pakietu 6 poz. 1-3 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 32 mm wzmacnionej pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Tak.

60. Dotyczy pakietu 15 poz 1-2 ginekologia Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego syntetycznego, plecionego o okresie wchłaniania 42 dni podtrzymywania tkankowego 50% 5 dni 0% 10 -14 dni

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

61. Dotyczy pakietu P 16 Ginekologia poz 4 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła USP 2/0 30 mm zakończeniem krótkim tnącym typu CC

**Odpowiedź:** Nie.

62. Dotyczy pakietu P 16 Ginekologia poz 2 oraz 7 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 38 mm zakończeniem krótkim tnącym typu CC na nitce 75 cm lub 90 cm

**Odpowiedź:** Nie.

63. Dotyczy pakietu P 16 Ginekologia poz 4 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 38 mm zakończeniem krótkim tnącym typu CC na nitce 75 cm lub 90 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza igły 38mm, nitka 75 cm.

64. Dotyczy pakietu P 16 Ginekologia poz 5 oraz 8 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 25 mm zakończeniem krótkim traçym typu CC

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

65. Dotyczy pakietu P 16 Ginekologia poz 6 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 25 mm zakończeniem krótkim traçym typu CC

**Odpowiedź:** Tak.

66. Dotyczy pakietu 17 poz 1,2,3,4,6,oraz 9 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły zakończeniem krótkim traçym typu CC

**Odpowiedź:** Tak.

67. Dotyczy pakietu 17 poz 2 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 18 mm zakończeniem krótkim traçym typu CC

**Odpowiedź:** Tak.

68. Dotyczy pakietu 17 poz 4 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 25 mm zakończeniem krótkim traçym typu CC

**Odpowiedź:** Tak.

69. Dotyczy pakietu 17 poz 6 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 35 mm zakończeniem krótkim traçym typu CC

**Odpowiedź:** Tak.

70. Dotyczy pakietu 17 poz 7 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 30 mm

**Odpowiedź:** Tak.

71. Dotyczy pakietu 17 poz 8 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły  $\frac{1}{2}$  koła 27 mm

**Odpowiedź:** Tak.

72. **Pakiet 1, poz. 1 – 8** Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzone z polidioksanu o czasie podrzynywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Uzasadnienie:** Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego, tj. o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 180-210 dni zawiera się w przedziale wymaganym przez Zamawiającego (160-210 dni).

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

73. **Pakiet 1, poz. 9 – 14** Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podrzynywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Uzasadnienie:** Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego, tj. o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 90-120 dni zawiera się w przedziale wymaganym przez Zamawiającego (60-120 dni).

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

74. **Pakiet 1, poz. 4** Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu igłę okrągłą z innym ostrzem (przy ostrzoną)?

**Odpowiedź:** Tak.

**75. Pakiet 2** Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanianą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynanem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

**76. Pakiet 2** Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniane, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

**77. Pakiet 3** Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pakietie szwów bez powleczenia antybakteryjnego.

**Odpowiedź:** Nie.

**78. Pakiet 4, poz. 1-5** Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie szwu z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

**79. Pakiet 7** Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, jednowłókowne, niewchłanianalne, wykonane z polipropylenu bez dodatku glikolu polietylenowego?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z siwz.

**80. Pakiet 8, poz. 9** Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści materiał szewny z igłą o długości 60 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

**81. Pakiet 11, poz. 4 – 5** Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanianie, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni, nitka bez haczyków?  
Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego, tj. o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 90-120 dni zawiera się w przedziale wymaganym przez Zamawiającego (60-120 dni).

**Odpowiedź:** Nie.

**82. Pakiet 11, poz. 4 – 5** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu producenckiego?

**Odpowiedź:** Nie.

**83. Pakiet 12, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem?

**Odpowiedź:** Nie.

**84. Pakiet 12, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanianalny poliamidowy?

**Odpowiedź:** Nie.

**85. Pakiet 1, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, niewchłanianalny poliestrowy?

**Odpowiedź:** Nie.

**86. Pakiet 1, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem oraz z nitką o długości 240 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Nie.

**87. Pakiet 5, poz. 3, 11, 14** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Nie.

88.Pakiet 5, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?

Odpowiedź: Nie.

89.Pakiet 13, 16, 17 Czy Zamawiający dopuści nici multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz sterymianem wapnia, podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, czas wchłaniania zgody z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

90.Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, bezbarwne, multifilamentowe, jalowe, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, okres wchłaniania po 8-11 dniach 50%, okres całkowitego wchłonięcia po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Nie.

91.Pakiet 16, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Tak.

92.Pakiet 17, poz. 6, 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

93.Pakiet 17, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

94. Dotyczy Pakietu nr 4: Poz. 1-5 Czy Zmawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i steryoilmoleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach. Długość nici 75 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

95. Dotyczy Pakietu nr 5: Poz. 3,4,7,11,14 Czy Zmawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony , powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i steryoilmoleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach. Z igłą okrągłą?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Igła rozwartwiająca typu CC lub wzmacniona.

96. Dotyczy Pakietu nr 11: Poz. 3 Czy Zmawiający dopuści szew z igłą wzmacnioną ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

97. Dotyczy Pakietu Nr 13: Czy Zmawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i steryoilmoleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

98. Dotyczy Pakietu Nr 16: Poz. 1 Czy Zmawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i steryoilmoleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach z igłą okrągłą 30 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 2 i 8 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i steryoilmoleczanu wapnia o

okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach z igłą okrągłą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Poz. 4 Czy Zmawiający dopuszcza szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktedu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearoiloilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach z igłą okrągłą 37 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Poz. 6 i 7 Czy Zmawiający dopuszcza szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktedu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearoiloilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach z igłą okrągłą i dl. nici 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

99.Dotyczyc Pakietu Nr 17: Poz. 1,2,3,6,9 Czy Zmawiający dopuszcza szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktedu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearoiloilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach z igłą okrągłą?

**Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że igła jest wzmacniona.**

Poz. 7 Czy Zmawiający dopuszcza szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z glikolidu i laktedu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearoiloilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węzle ok 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach z igłą okrągłą 30 mm i dl. nici 75 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

100.Dot. Pakietu nr 10 i 21 poz.5,6 Ze względu za zaprzestanie produkcji specjalistycznych szwów Tendofil zwracam się z prośbą wydzielenie pozycji nr 5 i 6 z pakietów nr 10 i 21.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający rozdziela Pakiet 10 (Pozycje 1-4); Pakiet 10a (Pozycje 5, 6), oraz anuluje Pakiet 21.**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 poprzez wykreslenie Pakietu nr 21 oraz dziei Pakiet 10 – pozycje 1-4; Pakiet 10a – pozycja 5,6.

Z poważaniem

**p.o. ZASTĘPCA DIREKTORA**  
ds. Ekonomicznych  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie

*mgr Katarzyna Krygowska*