

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA**  
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

**EZ/214/148/2018**

Krosno, dn.14.01.2019r.

*Do wszystkich uczestników postępowania  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)*

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup cystoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem.**

**Pytanie 1. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:**

Dotyczy załącznika nr 2a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jednej ceny dla poniższych pozycji?

|   |          |
|---|----------|
| Cystoskop giętki, pole widzenia 120 stopni, kierunek widzenia 0 stopni, odległość widzenia 3-50 mm, wymiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm), długość robocza 380 mm, długość całkowita 700 mm, wygięcie w górę 210 stopni, wygięcie w dół 120 stopni. | 1 sztuka |
| W zestawie :<br>- zawór biopsyjny (10 szt),<br>- zawór narzędzia - irygacji,<br>- nasadka do sterylizacji,<br>- 2 szczoteczki,<br>- adapter do światłowodu i kamery kompatybilny ze źródłem światła i kamerą firmy Storz                                  | 1 zestaw |

Uzasadnienie: wymienione w pozycji drugiej akcesoria (zestaw) są na wyposażeniu cystoskopu z pozycji 1.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że czy należy osobno podać ceny jednostkowe dla kontenera, testera i adapteru do światłowodu (w tabeli brakuje linii).

Tabela cenowa wyglądałaby następująco:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Cystoskop giętki, pole widzenia 120 stopni, kierunek widzenia 0 stopni, odległość widzenia 3-50 mm, wymiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm), długość robocza 380 mm, długość całkowita 700 mm, wygięcie w górę 210 stopni, wygięcie w dół 120 stopni. | 1 sztuka |  |
| W zestawie :<br>- zawór biopsyjny (10 szt),<br>- zawór narzędzia - irygacji,<br>- nasadka do sterylizacji,<br>- 2 szczoteczki,<br>- adapter do światłowodu i kamery kompatybilny ze źródłem światła i kamerą firmy Storz                                  | 1 zestaw |  |

|  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów o wymiarach zewnętrznych 531x79x255 mm, z pokrywą, miejsce na przenośne źródło światła typu LED i inne akcesoria | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tester szczelności do fiberoskopów   | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adapter do światłowodu do źródła światła firmy Storz   | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Światłowód średnica 2,8 mm, długość 3m   | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia załącznik nr 2a do zapytania.**

Z poważaniem

  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**ds. EKONOMICZNYCH**  
**Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego**  
**im. Jana Pawła II w Krośnie**  
*mgr Katarzyna Krygowska*